

询价单	
询价单位：国家同步辐射实验室	联系人：陈老师 0551-63602054 chenwenjia@ustc.edu.cn
报价单原件送达截止时间：2025.9.5	
地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682	
采购名称：样品杆 预算：110000 元 技术要求： 安装法兰 CF63，兼容液氮和液氦制冷，配备二极管温度计和加热器，温度范围 20K-400K；配置样品台工位数 2 个；样品杆顶部配置不低于 3 个 CF16 法兰口和一个 KF25 接口；样品台漏电流不高于 0.05 pA，适配标准旗形托；样品杆长度 760mm。 数量 1 支。 交货期：合同签订后 3 个月内。 交付进度：一次性交货。 付款方式：合同签订后预付 80% 货款，到货验收后支付 20% 尾款。 验收指标及验收要求：样品漏电流不超过 0.05 pA，低温达到 20 K；外观无明显机械磕碰与损伤。 保修及售后服务：货到并验收合格后一年。	
备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。 二、报价单上需列明交货期和质保期。 三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。 四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。 五、国内设备采购请开增值税专用发票。	

