

## 询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

商务咨询：陈老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2023.05.04

丁老师 0551-63602055

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

序号	设备名称	品牌及型号	技术参数	数量
1	涡旋干泵	爱德华 nXDS15i	峰值抽速 15.1m <sup>3</sup> /h,极限真空 0.7Pa, 漏率 1*-6 mbar*l/s, 最大连续入口压力 200mbar	1
2	全量程真空规和真空计控制器	爱德华 WRG&TAG	测量范围：1*10 <sup>3</sup> ~1*10 <sup>-9</sup> mbar, 电缆接口 RJ45, 供电电压范围 14.5-36V	1
3	电磁隔离阀	爱德华 LCPV25EKA	控制气路开启和断开	4
4	干式涡旋泵	爱德华 XDS35i	抽速 35m <sup>3</sup> /h, 极限真空 1pa,漏率 1*-6 mbar*l/s, RS232/RS485	1
5	干泵密封圈	爱德华 XDS35i	密封气体用	5
6	分子泵机组	爱德华 nXR60i+nEXT730D (CF150)	氮气抽速：730 l/s, 氦气抽速 820 l/s 极限真空： <6E-10mbar 60i 极限真空 3pa, 抽速 60m <sup>3</sup> /h	1
7	多级罗茨泵	爱德华 nXR60i	峰值抽速 60m <sup>3</sup> /h, 极限真空 0.03mbar, 排气法兰 NW25, 漏率小于 1*10 <sup>-6</sup> mbar l/s	1

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、营业执照复印件 1 份，代理产品需提供相关产品授权书，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、进口产品要求：1、进口设备必须要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。

2、提供外币报价。

3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格。

4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。

