

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：王老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2026.3.18

wxy666@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 王老师 18656750368

采购名称：氦质谱检漏仪

预算：280000 元

数量：1 台

规格和技术参数：

1. 氦质谱检漏的主机和干泵一体式，不可分离；
2. 可检气体类型： ^4He H_2 ；
3. 氦气最小可检测漏率（真空检漏）： $5 \times 10^{-12} \text{ mbar} \cdot \text{L/s}$ ；
4. 检漏仪对氦最大抽速： $\geq 5 \text{ L/s}$ ；
5. 前级真空泵抽速： $\geq 25 \text{ m}^3/\text{h}$ ；
6. 接口法兰：DN25KF/ DN40KF；
7. 电源电压：220 V，50Hz。

交货期：合同签订后 6 个月内

交付进度：一次性交付

付款方式：30%电汇预付款，60%货款见发货单据电汇支付，10%货款凭卖方提供的最终用户签署的验收合格报告电汇支付。

验收指标及验收要求：

所有采购设备到达交货地点后，在采购人现场检验，主要验收内容如下：

- （1）对运输过程中产生的设备损坏，采购人有权拒绝接收，并由供应商负责免费更换。
- （2）设备到货后，供应商需要到现场进行验收，到货验收需供应商提供完整的产品质量证明文件，产品数量及型号相符，视为验收合格；
- （3）供应商应提交的技术文档应包括且不仅限于技术规格说明书、操作手册等资料。

保修及售后服务：

- （1）设备无需供应商提供安装调试服务，但如招标人提出需求，供应商需在 3 个工作日内派人到指定现场；
- （2）提供至少 1 年的免费保修，保修期自验收签字之日算起；
- （3）保修期间产品出现问题时，供应商需 12h 内做出响应，48h 内前往现场进行故障排查。

备注：一、**报价单列明总价和各分项价格**。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、**报价单上需列明交货期和质保期**。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、**提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份**，代理产品需提供相关产品授权书 2 份（授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日），技术指标及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

六、进口产品要求：

- 1.进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同，如国内公司进行报价，需提供由律师签字的外贸合同签订授权函以及律师资格证复印件。
- 2.提供进口产品免税报价。
- 3.报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格（合肥机场到项目现场的运输保险由供应商承担）。
- 4.如包含服务，需列明服务项目及时间期限。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2026 年 3 月 12 日