



询价单

询价单位：国家同步辐射实验室	技术咨询：范老师 13956934388
报价单原件送达截止时间：2024.6.21	商务咨询：陈老师 0551-63602054

收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

序号	名称	技术要求	数量
1	烘烤调试设备	1、 机柜入电为 380V 电压。 2、 共包含 12 套烘烤单元；可整体使用，也可单独使用。 3、 每个烘烤单元单独使用时入电为 220V。烘烤温度不低于 300℃。 4、 每个烘烤单元至少两路烘烤输出，每路都可单独使用；含 4 个热偶测温装置，含不少于 30 段的可编程程序段及数据记录功能，含数据导出接口。 5、 每个烘烤单元配置 7 英寸的触摸屏，可同时显示反馈点温度，辅助点温度及当前烘烤流程和已执行时间等重要信息。含网络接入功能，可手机 app 及计算机远程访问烘烤单元，并远程实时修改控制。 6、 含真空计连锁接口及故障声光报警装置。（预留接口） 7、 采用机柜式设计。机柜高度不超 1.8m。长宽不超过正常机柜尺寸。	1 套

交货期：签订合同后四个月。
交付进度：签订合同后四个月后一次性交付。
付款方式：签订合同后支付合同总价的 70%，验收合格后支付合同总价的 30%。
验收指标：烘烤温度不低于 300 度，程序段数量不少于 30 个，远程网络控制功能正常。
保修期：一年

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。
二、报价单上需列明交货期和质保期。
三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。
四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。
五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2024.6.17