

## 询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：王老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2026.9.9

wxy666@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 王老师 18656750368

**采购名称：**分子泵机组

**预算：**500400 元

**规格和技术参数：**

分子泵机组（数量：8 台）：

- 1、分子泵对氮气抽速不低于 290L/s，极限真空 $\geq 1\text{E-}6\text{Pa}$ ，对氢压缩比 $\geq 1\text{E}3$ ，对氮压缩比 $\geq 1\text{E}8$ ，无油轴承；
- 2、前级为干泵，抽速不低于 10m<sup>3</sup>/h,极限真空优于 3Pa，自带气镇。
- 3、机组极限真空 $\geq 1\text{E-}5\text{Pa}$ ，包含必要的真空连接件和控制及真空显示系统，预留 DN40CF 抽气接口，前级泵与分子泵间需加装隔离电磁阀，
- 4、手推车结构，轮带止锁机构。

**交货期：**合同签订后 2 个月内。

**交付进度：**一次性交付。

**付款方式：**签订合同后首付 70%，货到验收合格后 30 日内付清尾款。

**验收指标及验收要求：**检查设备型号，实际测试泵的抽速等指标。

**保修及售后服务：**验收合格之日起提供为期 1 年免费质保与技术支持。

备注：一、**报价单列明总价和各分项价格。**如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

标准件需要**注明品牌型号**，非标加工件需要**注明生产厂商**。

二、**报价单上需列明交货期和质保期。**

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份（授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日），技术指标供及商务要求响应表 2 份（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学  
国家同步辐射实验室  
2026 年 9 月 3 日