

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

技术咨询：谢老师 17805657128

报价单原件送达截止时间：2024.03.05

商务咨询：陈老师 0551-63602054

收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

序号	名称	技术要求	数量
1	分子泵	分子泵个数 2 个 极限压强 约 1×10^{-8} Pa 分子泵抽速：约 700L/s; 分子泵接口：DN160 CF-F 2 个 分子泵控制器 2 个 前级泵个数 1 个 前级泵抽速：> 18m ³ /h 干泵 前级耐压 ≥ 800 Pa N2 压缩比 > 1×10^{11}	1 套

交货期：合同签订后 5 个月

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。
二、报价单上需列明交货期和质保期。
三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。
四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表 2 份（见附件）。
五、国内设备采购请开增值税专用发票。
六、进口产品要求：1、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。
2、提供外币报价。
3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格。
4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室

2024.02.28

国家同步辐射实验室