

# 询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：陈老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2026.2.4

chenwenjia@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

采购名称：分流泵

预算：375600 元

技术要求：

数量：4 台

三口分流泵：

要求一：抽口一抽速 $\leq 20\text{L/s}$ ，抽口二抽速 $\leq 155\text{L/s}$ ，抽口三抽速 $\leq 200\text{L/s}$ ，前级最大耐压 $\leq 10\text{mbar}$ ；

要求二：抽口二、抽口三规格为 DN 100 ISO-K，抽口二、抽口三同侧布置且中心距 160mm，抽口一与抽口二、抽口三不同侧布置；


要求三：可以远程控制，可以调速运行；

要求四：须提供说明书等材料证明上述参数；

要求五：为了可靠性，要求分流泵泵体泵芯原厂一体加工组装，泵体为铝合金，中标后提供相关证明；

配件：电源、电缆、放气阀(vent valve)、吹扫气体阀(purge/sealing valve)，润滑配件。

附图纸，仅供参考：



交货期：合同签订后 30 周内

交付进度：签订合同后 30 周内交货至国家同步辐射实验室

付款方式：签订合同后付款 30%，到货验收合格后付尾款

**验收指标及验收要求：**提供出厂合格证或出厂测试报告

**保修及售后服务：**

1、乙方对其所提供设备的免费保修期为 12 个月，提供终身有偿维护服务。保修期从全部产品验收合格之日起算，乙方应在接到保修通知后 24 小时内响应，两个工作日内派技术人员到达现场，72 小时内排除故障；需要更换设备或配件的应在 7 个工作日内修复，7 个工作日内不能修复的须及时免费提供备用设备。更换后的零部件如尚在整机保修期内，将继续随整机保修。

2、保修期届满后，乙方按照保修期内规定提供相应的维修义务。乙方应长期为甲方优惠供应零部件，并协助甲方维护保养所供设备。

**备注：**一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份（授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日），技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

六、进口产品要求：1、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同，如国内公司进行报价，需提供由律师签字的外贸合同签订授权函以及律师资格证复印件。

2、提供进口产品免税报价。

3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格（合肥机场到项目现场的运输保险由供应商承担）。

4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。

中国科学技术大学  
国家同步辐射实验室  
2026.1.29