

询价通知书

相关供应商：

根据采购计划，现邀请你单位前来参加报价。

一、采购项目概况

本采购项目预算金额 47.2 万元，

二、采购清单

名称	单位	数量	技术、商务要求
静力水准系统	套	1	技术要求： 1. 静力水准仪 12 台 测量范围：$\geq \pm 6 \text{ mm}$； 分辨率：$\leq 1 \text{ } \mu\text{m}$； 测量精度：$\leq 5 \text{ } \mu\text{m}$； 输出信号支持：CAN 总线 TCP； 采样频率：最大采样频率不低于 2Hz； 材质：容器主体材质为不锈钢或其它耐腐蚀、低形变材料。 2. 数据采集设备 2 套 数据接口：需具备 RJ45 以太网接口； 通信协议：支持 TCP/IP、Modbus/TCP 等标准网络协议； 数据采集通道：≥ 32 通道；

数据存储：内置存储容量 $\geq 16\text{GB}$ ，支持数据本地缓存；

供电电源：220V AC / 50Hz；

3. 管路支撑系统 2 套

材质：不锈钢或铝合金，要求结构稳定，能可靠支撑气液管路，防止管路下垂或产生应力。

4. 系统控制软件 2 套

软件功能：1. 实时显示各测点相对高程及历史曲线；2. 支持数据查询、导出及报表生成；3. 具备用户管理及权限控制功能；4. 具备测点状态监测及报警功能；

软件接口：提供 OPC、ODBC 或 API 等标准数据接口，便于与 EPICS 系统集成；

操作系统：支持 Windows 10 及以上版本。

5. 系统安装与调试：负责所提供静力水准系统的水气管路施工工艺设计及现场安装与调试工作，保障系统正常、稳定运行，并满足本询价要求文件中所有技术参数指标。

商务要求：

交货期：合同签订后 5 个月内交货；

交付进度：合同签订后 5 个月内一次性交付；

		付款方式：国内采购合同分期付款（合同签订后 20 个工作日内甲方预付 30% 合同款。到货验收合格后，由乙方开具全额发票，甲方在 20 个工作日内支付剩余 70% 货款。）； 验收指标及验收要求： 满足各项指标要求。提供出厂检定报告、产品使用及维护说明书。 保修及售后： 免费保修期 1 年，同时提供终身维护服务；
--	--	--

三、供应商资格要求

1、具备独立法人资格，具有有效的营业执照（或事业单位法人证书）。

2、信用要求：

至报价截止时间，报价单位（不含其不具有独立法人资格的分支机构）不得存在下列有效情形：

（1）被人民法院列入失信被执行人的；

（2）被工商行政管理部门（或市场监督管理部门）列入严重违法失信企业名单的；

四、成交规则及报价要求

1、满足采购项目需求且报价最低成交。

2、报价超出预算为无效。有效报价不足 3 家，则重新开展询价活动。

3、报价单中应注明报价日期及报价有效期。

4、报价文件格式不限，密封提交。

五、其他

1、报价文件提交地点：安徽省合肥市中国科学技术大学国家同步辐射实验室

2、询价时间：2025年10月21日

2、截止时间：2025年10月27日下午17:30

联系电话：13365697411

联系人：张老师

