



询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：陈老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2025.3.28

chenwenjia@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

序号	设备名称	详细配置清单	数量
1	高精度 AD 子卡	(1) 通道数 ≥ 2 (2) 采样率 ≥ 2 Msps (3) 模拟带宽 ≥ 500 kHz (4) 分辨率：24 bit（有效位：18 位） (5) 输入阻抗：1 M Ω (6) 输入量程： ± 10 V (7) 接口：FMC 或 FMC+ (8) 包含原理图、PCB 设计图	2 套

交货期：合同签订后 4 个月内

交付进度：一次性交付

付款方式：甲方预付合同总金额的 20%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的 80%。

验收指标及验收要求：

验收指标	验收要求
通道数	≥ 2
采样率	≥ 2 Msps
模拟带宽	≥ 500 kHz
分辨率（或有效位）	24 bit（18 位）
输入阻抗	1 M Ω
输入量程	± 10 V
接口	FMC 或 FMC+，符合 VITA57.1 或 VITA57.4 规范
技术文件	用户手册，原理图，PCB 设计图

保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起 3 个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 **2 份**、公司营业执照复印件 **2 份**，代理产品需提供相关产品授权书 **2 份**，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2025.3.24