

科学技术大学 国家同步辐射实验室 询价单			
询价单位：国家同步辐射实验室		联系人：陈老师 0551-63602054	
报价单原件送达截止时间：2025.1.8		chenwenjia@ustc.edu.cn	
收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682			
序号	名称	技术要求	数量
1	分子泵机组	1、分子泵轴承结构为全磁悬浮结构，极限压强 $\leq 5 \times 10^{-8}$ Pa，对 N2 抽速 ≥ 550 L/s，整体漏率 $< 1 \times 10^{-8}$ Pa m ³ /s，分子泵法兰接口为 DN160-CF。 2、配做抽气腔体，腔体带不少于 3 个 CF35 法兰接口，接口分别安装全量程测量规管、全金属角阀及 CF35 盲板。 3、机械泵为多级罗茨干泵，且抽速 ≥ 10 L/s。 4、控制器能显示分子泵运行状态及参数，分子泵和机械泵由对应的电源键控制，独立供电和控制。 5、机械泵、分子泵、抽气腔体需安装在可移动小车上，且整体满足吊装需求。 6、机组极限压强 $\leq 1 \times 10^{-6}$ Pa。	1 套
交货期： 签订合同后 3 个月内完成交货。 付款方式： 货到现场并测试合格，并收到供应商发票后，一次性全额支付合同总金额。 验收指标及验收要求： 供应商应根据采购人认可的测试大纲，完成上述各项指标测试，包括准备所需的测试设备和测量工具。 阶段性检查要求： 采购人、供应商双方应指定技术代表以沟通联络制造中所有事宜。 保修及售后服务： 质保期不少于 12 个月，起始时间以全部设备通过现场验收之日起开始计算。质保期内，非采购人人为原因引起的设备故障，供应商负责免费维修和免费更换零部件。			
备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。 二、报价单上需列明交货期和质保期。 三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。 四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。 五、国内设备采购请开增值税专用发票。 六、进口产品要求：1、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。 2、提供外币报价。			

- 3、报价单价格条款必须是 **CIP 到合肥机场** 的价格。

4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2025.1.2