

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

技术咨询：马老师 15715418008

报价单原件送达截止时间：2024.5.29

商务咨询：陈老师 0551-63602054

收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

序号	名称	技术要求	数量
1	脉冲信号发生器	● 窄脉冲上升/下降时间（20%-80%）<200ps; ● 脉冲重复频率$\geq 1\text{Hz}$; ● 输出脉冲信号幅度可调，最小信号幅度$\leq 100\text{mV}$，最大信号幅度$\geq 2\text{V}$; ● 输出脉冲信号宽度可调，最小脉冲宽度<500ps; ● 重复脉冲随机抖动 $\text{RMS}<5\text{ps}$，脉冲宽度随机抖动 $\text{RMS}<10\text{ps}$; ● 单台 4 通道，支持多通道同步;	1 台

交货期：合同签订后 8 周到货。

交付进度：一次性到货。

付款方式：合同签订后付款 30%；验收合格后付款 70%。

验收指标及验收要求：按照合同约定进行验收，验收指标需满足下列技术参数需求：

- 窄脉冲上升/下降时间（20%-80%）<200ps;
- 脉冲重复频率 $\geq 1\text{Hz}$;
- 输出脉冲信号幅度可调，最小信号幅度 $\leq 100\text{mV}$ ，最大信号幅度 $\geq 2\text{V}$;
- 输出脉冲信号宽度可调，最小脉冲宽度<500ps;
- 重复脉冲随机抖动 $\text{RMS}<5\text{ps}$ ，脉冲宽度随机抖动 $\text{RMS}<10\text{ps}$;
- 单台 4 通道，支持多通道同步;

保修及售后服务：主机保修 3 年。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件），相关业绩证明（若有）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

六、进口产品要求：1、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。

2、提供外币报价。

3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格。

4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2024.5.23