

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

商务咨询：陈老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2023.07.26

丁老师 0551-63602055

收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

名称：抽速测试平台

数量：1 套

抽速测试平台主体包括两个管道测试主腔体、充气系统以及进气系统组成（见附图所示）。整体工作包括两个测试主腔体加工以及超高真空处理、充气系统中的膨胀腔体加工以及定容、进气系统气路设计加工组装、真空泵和阀门等真空部件（甲方提供）的加工组装调试，系统支撑结构的设计及加工安装。完成整个系统的真空组装及调试。

具体要求如下：

- 1 两个管道测试主腔体（尺寸由甲方提供）及相应附属配件，需按照超高真空要求处理，系统总漏率小于 1×10^{-10} mbar · L/s，配合 200L 复合泵，极限真空好于 1.3×10^{-8} Pa。
- 2 充气系统的两只膨胀腔体积分别为 2L 和 0.2L，需按照设计要求定容处理，误差不超过 1%，并按照超高真空要求处理。
- 3 进气系统中管路按照超高真空要求处理，两路进气（配有 4N 的 CO 和 5N 的 H₂ 的气源）。配有气体纯化模块、冷阱，配有气体泄漏报警装置以及排气抽口，阀门等配件采用 swageloke 或同等级质量产品。

交货期：签订合同后 3 个月。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 1 份，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

