

## 询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

技术咨询：焦学琛 18713201532

报价单原件送达截止时间：2021.08.09

商务咨询：蒋玉燕 0551-63602054

丁四清 0551-63602055

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 蒋玉燕 18325553659

序号	设备名称	品牌	详细配置清单	数量
1	真空内探测器位移龙门架	不限	需要提供 X, Y, Z 三个线性自由度的独立运动和联动。需要 1 台多轴运动控制器。探测器负载最大值 10Kg。另外，在探测器平台之上，还需提供额外的小型 X, Y 轴位移装置，相应负载应达到 2kg 或以上。电机、减速器（如果配置）、腔体内信号线电源线等均应满足 $1e-7$ Torr 真空度。	1 套
2	真空内六轴薄膜测试平台	不限	需要提供 X、Y 二维水平面运动+Z 垂直线性运动+ $\alpha$ 、 $\beta$ 、 $\gamma$ 三维角度运动，共 6 维运动。需要 1 台多轴运动控制器（可以与上述龙门架系统集成）。平台负载最大值 5Kg。线性位移平台的最小步进值应达到 1 $\mu$ m。角度位移平台的最小步进值应达到 0.05 度。	1 套

备注：一、报价单列明总价和各项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。  
 二、报价单上需列明交货期和质保期。  
 三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。  
 四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 1 份并提供相关产品授权书。  
 五、国内设备采购请开增值税专用发票。  
 六、进口产品要求：1、进口设备必须要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。  
 2、提供外币报价。  
 3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格。  
 4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。

中国科学技术大学  
 国家同步辐射实验室  
 2021.08.02