

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室	联系人：陈老师 0551-63602054 chenwenjia@ustc.edu.cn
报价单原件送达截止时间：2026.10.16	

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

采购名称：高压电源
预算：220000 元
技术要求：
数量：两台。
主要技术参数：电压可调范围 1 KV-150 KV，电流 0-1 mA。纹波系数:<0.05%p-p，温度系数 25 ppm/C
其他技术要求：稳定度开机一小时，每小时 0.02%，电压相对负载调整率 0.05%+500 mV、电压相对输入调整率 0.05%+500 mV、电流相对负载调整率 0.05%±100 μA、电流相对输入调整率 0.05%。
交货期：合同签订后三个月内
交付进度：一次性交付
付款方式：甲方预付合同总金额的 50%，货到甲方验收合格后支付合同总金额的 50%
验收指标及验收要求：符合技术规格，厂家提供合格证
保修及售后服务：自验收之日起质保一年，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起 3 个工作日响应并提出有效解决方案，所产生的费用乙方承担。乙方提供必要的技术支持，确保甲方能够及时有效的使用设备。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。
标准件需要注明品牌和型号，非标加工件需要注明生产厂商。
二、报价单上需列明交货期和质保期。
三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。
四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份（授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日），技术指标及商务要求响应表（见附件）。
五、国内设备采购请开增值税专用发票。

