



询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

技术咨询：吴老师 13339010633

报价单原件送达截止时间：2023.10.31

商务咨询：陈老师 0551-63602054
丁老师 0551-63602055

收件地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

序号	名称	技术要求	数量
1	分子泵组	分子泵抽速不低于 250L/s，冷却方式可选水冷或风冷，极限真空优于 5E-8mbar； 干泵极限真空优于 2Pa，自带气镇。 该泵组需配备真空测量装置，设备量程范围必须包含大气到 5E-8mbar。	1 套

交货期：合同签订之日不得超过 12 个月

- 备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。
二、报价单上需列明交货期和质保期。
三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。
四、提供报价单盖章原件 2 份、营业执照复印件 1 份，代理产品需提供相关产品授权书，技术指标供及商务要求响应表（见附件）。
五、国内设备采购请开增值税专用发票。
六、进口产品要求：
1、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。
2、提供外币报价。
3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格。
4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2023.10.25