

 询价单	
询价单位：国家同步辐射实验室	联系人：王老师 0551-63602054
报价单原件送达截止时间：2026.9.30	wxy666@ustc.edu.cn
地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 王老师 18656750368	
采购名称：平面 0.5nm 光学元件 预算：300000 元 规格和技术参数： 此次采购平面 0.5 nm 光学元件共计 2 件，元件规格包括Φ300 mm×50 mm 及Φ200 mm×20 mm 两种，技术要求如下： 1, Φ300 mm×50 mm 平面光学元件： ➤ 材质要求：ULE 玻璃； ➤ 元件尺寸要求Φ300 mm×50 mm，有效口径要求≥280mm； ➤ 正面面形要求≤λ/15，中频、高频粗糙度要求≤0.5 nm RMS，背面精磨； ➤ 数量：1 件； 2, Φ200 mm×20 mm 平面光学元件： ➤ 材质要求：ULE 玻璃； ➤ 元件尺寸要求：Φ200 mm×20 mm，有效口径要求≥180mm； ➤ 正面面形要求≤λ/15，中频、高频粗糙度要求≤0.5 nm RMS，背面精磨； ➤ 数量：1 件； 交货期：合同签订后 70 日内交货 交付进度：一次交付 付款方式：合同签订后，支付合同总价的 60%；货物到达买家指定地点并经买家验收合格后，支付合同总价的 40%。 验收指标及验收要求： (1) 设备出厂时，供应商须提供产品出厂检测报告； (2) 设备到达指定现场后，由采购方组织组织采购、供应商双方及相关管理技术人员共同完成验收工作，对产品指标进行现场检测并形成符合技术要求的测试报告。 保修及售后服务： 供应商提供不少于 1 年的质保服务，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起 3 个工作日内响应并提出有效解决方案，所产生的费用由乙方承担；乙方需要提供相应技术支持，确保甲方能够及时有效地使用设备。 其它： 包装：包装必须符合所采用的运输方式的要求，并要便于各环节有关人员进行操作；在保证包装牢固的前提下节省费用。货物固定在箱体内，避免内部晃动。在包装箱上四个侧面的两个较大面上分别标记向上、怕湿、禁止翻转和吊装位置等符号，应清晰、可长期保持。清晰注明收货地址、收货人和发货地址，合同号、重量、包装箱的承重点等。 运输：陆运（公路或铁路）或空运。 备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价须列明原因，否则视为无效报价单。标准件需要注明品牌型号，非标加工件需要注明生产厂商。 二、报价单上需列明交货期和质保期。 三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。	

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份（授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日），技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2026 年 9 月 23 日