

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：陈老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2026.6.4

chenwenjia@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

采购名称：微型数显流量计

预算：442000 元

技术要求：

流量监测范围：低流量型号需要覆盖 0.5-2.5L/min 范围内的流量监测；高流量型号需要覆盖 2-15L/min 范围内的流量监测；

外形尺寸：长度方向不超过 200mm，宽度方向不超过 60mm，厚度不超过 100mm；

工作/显示温度：覆盖 0-60℃，精度 0.5℃，分辨率 0.1℃；

耐压等级：不低于 1.0MPa；

流量精度：优于显示值±3%FS；

流量调节：具有流量调节功能；

数字显示单元：可查看瞬时流量（本地显示或者远程显示）；

管螺纹转接口：覆盖 6-10mm 通水口径，包含但不限于 1/4'、3/8'和 1/2' 管螺纹接口；

模拟信号输出：供电电压 24V 直流，具有 4-20mA 模拟输出接口，具有 NPN 常闭或常开触点，可切换；且可同时输出流量信号和温度信号；

产品认证：ISO9001 质量认证，且具有 CE 认证或 ETL 认证中的一个。

采购数量：低流量型号 200 个，高流量型号 60 个。

交货期：合同签订后 2 个月内。

交付进度：一次性到货

付款方式：

进口产品：凭发货单据（运单）电汇预付合同总额的 50%，到货验收合格后 30 个工作日内付清尾款。

国产产品：合同签订后预付合同总额的 50%，到货验收合格后 30 个工作日内付清尾款。

验收指标及验收要求：1、产品合格证（厂家提供）；2、流量精度测试报告（厂家提供）。

保修及售后服务：至少 1 年质保。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。标准件需要注明品牌型号，非标加工件需要注明生产厂商。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份（授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日），技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

六、进口产品要求：1、进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同，如国内

公司进行报价，需提供由律师签字的外贸合同签订授权函以及律师资格证复印件。

2、提供进口产品免税报价。

3、报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格（合肥机场到项目现场的运输保险由供应商承担）。

4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2026.5.29