

# 询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

技术咨询：姚 涛 15905602869

报价单原件送达截止时间：2021.12.17

商务咨询：蒋玉燕 0551-63602054

丁四清 0551-63602055

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 蒋玉燕 18325553659

序号	设备名称	品牌	详细配置清单	数量
1	高功率小焦斑连续谱 X 射线源	Eigenmann	基本功能及配置须包括：高压发生器、射线管、阳极靶、冷却系统以及电源、线缆、操作手册等必要附件。请提供相关产品的授权书，并根据“技术参数要求”提供配置详单	1 台

### 技术参数要求：

1. **ISO-DEBYEFLEX 3003 - 60 kV X-Ray Equipment with control for 4 shutters**, 2-60 kV, 2-80 mA, max. 3.5kW output
2. **High Voltage Cable 60 kV 3.5 m long**
3. **High Voltage Adapter 60 kV** for SEIFERT Araldite plugs
4. **Tube housing V4/Model V14/1-S** equipped with 1 window element for line focus, 3 blind covers, square flange 116 mm
5. **Diffraction X-Ray Tube Glass Long-fine-focus, Mo 3kW** (short anode)
6. **Horizontal Stand** height of beam path: 270 - 360 mm, beam direction and focus position adjustable in horizontal plane
7. **Safety warning lamp for x-rays**
8. **Water Cooling Aggregate W 3000** for cooling of an X-ray tube in closed circuit
9. **Mount for Standard Collimator or Fibre Optic for X-rays** with exterior diameter of 10 mm
10. **Various types of Collimators**

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 1 份，代理产品需提供相关产品授权书。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

六、进口产品要求：1、进口设备必须要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同。

2、提供外币报价。

3、报价单价格条款必须是 **CIP** 到合肥机场的价格。

4、如包含服务，需列明服务项目及时间期限。

中国科学技术大学  
国家同步辐射实验室  
2021.12.10