

 询价单	
询价单位：国家同步辐射实验室	联系人：王老师 0551-63602054
报价单原件送达截止时间：2026.10.19	wxy666@ustc.edu.cn
地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 王老师 18656750368	
采购名称：离子泵及电源 预算：210000 元 50L/s 离子泵 4 台，100L/s 离子泵 6 台。 （1）50L/s 离子泵参数：N ₂ 抽气速率 50L/s(at 1×10 ⁻⁵ Pa)；极限压力≤5.0×10 ⁻⁹ Pa；启动压力≤1.0×10 ⁻³ Pa；接口法兰 CF100；烘烤温度≤300℃；安装尺寸≤275 mm×130 mm×235 mm，漏磁：距泵口 250mm 处漏磁< 0.5 Gauss。 （2）100L/s 离子泵参数：N ₂ 抽气速率 100L/s(at 1×10 ⁻⁵ Pa)；极限压力≤5.0×10 ⁻⁹ Pa；启动压力≤1.0×10 ⁻³ Pa；接口法兰 CF100；烘烤温度≤300℃；安装尺寸≤275 mm×237 mm×245 mm，漏磁：距泵口 250mm 处漏磁< 0.5 Gauss。 （3）离子泵控制器参数：输出电压+3kV、+5kV、+7kV ±10%；短路保护电流 100mA；最小可测离子流 100nA；离子流测量范围 100nA~100mA；控制接口 RS-232/RS-485 彩色触屏显示，电压显示分辨率 100V，电流显示分辨率 100nA。 交货期： 自合同签订之日起 60 天内，完成所有货物的交付并通过验收。 交付进度： 一次性交付。 付款方式： 签订合同后支付合同总金额 50%作为预付款，交付安装验收后凭发票支付合同金额 50%。 验收指标及验收要求： 提供产品合格证 保修及售后服务： 质保期 3 年	
备注：一、 报价单列明总价和各分项价格 。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。 标准件需要 注明品牌型号 ，非标加工件需要 注明生产厂商 。 二、 报价单上需列明交货期和质保期 。 三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。 四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份（授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日），技术指标及商务要求响应表 2 份（见附件）。 五、国内设备采购请开增值税专用发票。 六、进口产品要求： 1.进口设备要求各参与报价公司能够直接签订外贸合同，如国内公司进行报价，需提供由律师签字的外贸合同签订授权函以及律师资格证复印件。 2.提供进口产品免税报价。 3.报价单价格条款必须是 CIP 到合肥机场的价格（合肥机场到项目现场的运输保险由供应商承担）。 4.如包含服务，需列明服务项目及时间期限。	

中国科学技术大学
 国家同步辐射实验室
 2026 年 10 月 13 日