

询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：陈老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2026.10.26

chenwenjia@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 陈老师 18656098682

采购名称：电化学工作站

预算：150000 元

技术要求：

数量：1 台

技术参数	
通道数	≥1 个独立通道
槽压	≥ ±15V
施加/测量电位范围	≥ ±10V
施加/测量电位精度	≤满量程读数的 0.1%±1mV
施加/测量电流范围	≥ ±2A
测量电流精度	≤满量程读数的 0.1%±1pA
输入阻抗	≥10 ¹² Ω
漏电流	≤1pA
阻抗频率范围	10 μHZ-10MHZ
软件接口	具备二次开发功能

交货期：签订合同后两周内。

付款方式：货到验收后，一次性结清。

验收指标及验收要求：提供出厂测试报告。

保修及售后服务：提供至少 1 年的免费保修，包含人工、维修及零件等费用。在保修期内，供货商需要及时提供维修服务，包括产品的正常检修、维护等。保修期自验收签字之日算起，保修期内因质量问题而导致设备停用的时间从保修期中扣除。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。

标准件需要注明品牌和型号，非标加工件需要注明生产厂商。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份（授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日），技术指标供及商务要求响应表（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学
国家同步辐射实验室
2026.10.20