

询价通知书

相关供应商：

根据采购计划，现邀请你单位前来参加报价。

一、采购项目概况

本采购项目预算金额 30 万元，采购物资为 2 件无氧铜钎焊水冷座组件，用于 BL10 光束线前端受光元件的冷却。

二、采购清单

项目名称	单位	数量	技术、商务要求
无氧铜钎焊水冷座组件	件	2	技术要求 1) 组件：真空度$\leq 5 \times 10^{-8}$Pa；总长 250mm；组件构成如图 1 所示； 2) 真空腔体：材料为 304L 不锈钢；长度 150mm，七通，CF150 法兰数量 2，CF25 法兰数量 3，CF16 法兰数量 2，腔体外侧焊有支撑； 3) 无氧铜钎焊水冷座：材料为 TU1 无氧铜；接口法兰 CF150-CF100，无氧铜座与接口法兰采用钎焊焊接；冷却通道数量 1，冷却水管外径 $\Phi 8$ mm，内径 $\Phi 6$ mm； 4) 热电阻法兰焊件：数量 2；温度探头直径为 $\Phi 1.5$ mm。测温位置与受光面的距离为 6 mm，温度探头必须与被测体紧密接触； 5) 靶标座：数量 8；0.875 英寸； 6) 偏压引出件：数量 2；含偏压引出件至 BNC 接头的真空内导线； 7) 电流引出件：数量 4；含电流引出件至 BNC 接头的真空内导线； 8) BNC 法兰接头：数量 3； 图 1

			商务要求 1) 交货期：合同签订后 3 个月内交货； 2) 交付进度：合同签订后 3 个月内一次性交付； 3) 付款方式：（1）合同签订后，支付合同总价的 40%； （2）货物到达采购方指定地点并经采购方验收合格后，支付合同总价的 60%； 4) 验收指标及验收要求：厂家提供出厂检测报告。 5) 保修及售后服务：提供至少一年免费保修服务，并提供相应技术支持。
--	--	--	---

三、供应商资格要求

- 1、具备独立法人资格，具有有效的营业执照（或事业单位法人证书）。
- 2、信用要求：

至报价截止时间，报价单位（不含其不具有独立法人资格的分支机构）不得存在下列有效情形：

- （1）被人民法院列入失信被执行人的；
- （2）被工商行政管理部门（或市场监督管理部门）列入严重违法失信企业名单的；

四、成交规则及报价要求

- 1、满足采购项目需求且报价最低成交。
- 2、报价超出预算为无效。有效报价不足 3 家，则重新开展询价活动。
- 3、报价单中应注明报价日期及报价有效期。
- 4、报价文件格式不限，密封提交。

五、其他

- 1、报价文件提交地点：安徽省合肥市中国科学技术大学国家同步辐射实验室
 - 2、询价日期：2026 年 08 月 25 日
 - 3、询价截止时间：2026 年 08 月 31 日 下午 17:30
- 联系电话：13365697411 联系人：张老师

