# 询价单

| | |
|---|---|
| 询价单位：国家同步辐射实验室 | 联系人：王老师 0551-63602054 |
| 报价单原件送达截止时间：2026.12.2 | wxy666@ustc.edu.cn |
| 地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 王老师 18656750368 | |

**采购名称：**主动减振系统

**预算：**400000 元

为满足极紫外全息光刻实验站的高稳定性实验需求，需要对实验腔体内部精密部件支撑台做主动减振，从而实现高分辨高质量的曝光实验结果，为此需要采购一套主动减振系统，具体参数要求如下：

1. 承载范围：450~900Kg
2. 系统隔振性能：≤-10dB@1Hz，≤-15dB@2Hz，≤-25dB@5Hz，≤-30dB@10Hz
3. 台面位置稳定度：≤±8um
4. 系统减振自由度：6
5. 主动隔振带宽：0.8-150Hz
6. 单个隔振器尺寸：长≤240mm，宽≤240mm，高度≤190mm
7. 系统功率：≤700W
8. 系统采用三点支撑

**交货期：**合同签订后 3 个月

**交付进度：**一次性交付

**付款方式：**

1、合同签订后，甲方预付合同总金额的 70%；

2、项目验收合格且收到乙方提供的全额发票后支付剩余 30%尾款。

**验收指标及验收要求：**以技术参数为验收依据。

**阶段性检查要求：**乙方安排人员完成进场安装部署调试，并配合我方进行验收。

**保修及售后服务：**

1、供货方对系统软件及交付的全部文档提供 1 年质量保证期。

2、质保期内，供货方在收到采购方电话、邮件或微信通知后 2 个工作日内响应，并免费提供远程或上门维护、缺陷修复服务。质保期内系统出现质量问题、功能缺陷或与本询价要求不符的情形，供货方须按采购方要求限期包修、包换或包退，并承担由此产生的全部费用。

备注：一、**报价单列明总价和各分项价格**。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。标准件需要**注明品牌型号**，非标加工件需要**注明生产厂商**。

二、**报价单上需列明交货期和质保期**。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件 2 份、公司营业执照复印件 2 份，代理产品需提供相关产品授权书 2 份（授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日），技术指标供及商务要求响应表 2 份（见附件）。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学

国家同步辐射实验室

2026 年 11 月 25 日