

## 询价单

询价单位：国家同步辐射实验室

联系人：王老师 0551-63602054

报价单原件送达截止时间：2026.9.30

wxy666@ustc.edu.cn

地址：安徽省合肥市蜀山区合作化南路 42 号国家同步辐射实验室 王老师 18656750368

采购名称：Φ300mm 光学透镜

预算：679998 元

规格和技术参数：

此次采购Φ300 mm 光学透镜共计 3 件，规格包括球面及平面两种，技术要求如下：

1, 球面光学透镜：

- 材质要求：ULE 玻璃；
- 透镜尺寸要求：Φ300 mm×50 mm，曲率半径 R：-286.464 mm，有效口径要求≥280mm；
- 正面面形要求 $\leq \lambda/8$ ，中频、高频粗糙度要求 $\leq 0.2$  nm RMS，背面精磨；
- 数量：2 件；

2, 平面光学透镜：

- 材质要求：ULE 玻璃；
- 透镜尺寸要求：Φ300 mm×50 mm，有效口径要求≥280mm；
- 正面面形要求 $\leq \lambda/15$ ，中频、高频粗糙度要求 $\leq 0.2$  nm RMS，背面精磨；
- 数量：1 件；

交货期：合同签订后 70 日内交货

交付进度：一次交付

付款方式：合同签订后，支付合同总价的 60%；货物到达买家指定地点并经买家验收合格后，支付合同总价的 40%。

验收指标及验收要求：

- (1) 设备出厂时，供应商须提供产品出厂检测报告；
- (2) 设备到达指定现场后，由采购方组织组织采购、供应商双方及相关管理技术人员共同完成验收工作，对产品指标进行现场检测并形成符合技术要求的测试报告。

保修及售后服务：

供应商提供不少于 1 年的质保服务，质保期内发生质量问题的，乙方应自接到甲方异议之日起 3 个工作日内响应并提出有效解决方案，所产生的费用由乙方承担；乙方需要提供相应技术支持，确保甲方能够及时有效地使用设备。

其它：

包装：包装必须符合所采用的运输方式的要求，并要便于各环节有关人员进行操作；在保证包装牢固的前提下节省费用。货物固定在箱体内，避免内部晃动。在包装箱上四个侧面的两个较大面上分别标记向上、怕湿、禁止翻转和吊装位置等符号，应清晰、可长期保持。清晰注明收货地址、收货人和发货地址，合同号、重量、包装箱的承重点等。

运输：陆运（公路或铁路）或空运。

备注：一、报价单列明总价和各分项价格。如无分项报价需列明原因，否则视为无效报价单。标准件需要注明品牌型号，非标加工件需要注明生产厂商。

二、报价单上需列明交货期和质保期。

三、报价单（一次性最优惠报价）密封邮寄，评审现场拆封。

四、提供报价单盖章原件**2**份、公司营业执照复印件**2**份，代理产品需提供相关产品授权书**2**份(授权时限至少覆盖正式签署本项目合同之日)，技术指标供及商务要求响应表(见附件)。

五、国内设备采购请开增值税专用发票。

中国科学技术大学  
国家同步辐射实验室  
2026年9月23日